

# Laboratoryjny Młynek Wibracyjny

przeznaczony do mielenia suchych próbek laboratoryjnych o twardości poniżej 8,5 w skali Mohsa. Maksymalna ilość mielonego materiału 100 ml.

Dane techniczne.

- ilość mielonego materiału 100 ml
- uziarnienie wstępne < 6 mm
- uziarnienie końcowe (zależne od czasu mielenia próby) < 30  $\mu$ m
- czas mielenia nastawiany elektronicznie RTX-151
- miska mieląca węglit wolframu
- zasilanie 380 V / 16 A

Rok produkcji 1999

numer 01/05/99

producent. Zakład Produkcyjno-Usługowy "Testchem"  
44-370 Pszów ul. Niepodległości 82 d.